

Produkt – Update (Abkündigung)



Technologie	Verfasser	Kontakt	Datum	Dokument-Nr.
Filtration und Separation	T. Balmert	tbalmert@pure-gmbh.com	21.03.2018	pure09210318

Abkündigung der medizinischen Vakuumfilter Baureihe MV zum 31.06.2018

Aufgrund fehlender Stückzahlen werden die Vakuumfilter der Baureihe MV von Parker auf „obsolete“ gesetzt. Die Vakuumfilter sind noch bis zum 31.06.2018 bestellbar.

pure! wird ab dem 01.07.2018 einen neuen Vakuumfilter dem Markt zur Verfügung stellen. Alle Informationen zum neuen pure!-Vakuumfilter werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Obsolete Typen (ab 01.07.2018)

Filter Bestell-Nr.	Anschluss	Volumenstrom m ³ /h	Max. Druck bar ü
MV010AGVX	1/4	36	20
MV010BGVX	3/8	36	20
MV010CGVX	1/2	36	20
MV015BGVX	3/8	72	20
MV015CGVX	1/2	72	20
MV020CGVX	1/2	108	20
MV020DGVX	3/4	108	20
MV020EGVX	1	108	20
MV025DGVX	3/4	216	20
MV025EGVX	1	216	20
MV030EGVX	1	396	20
MV030FGVX	1 1/4	396	20
MV030GGVX	1 1/2	396	20
MV035FGVX	1 1/4	576	20
MV035GGVX	1 1/2	576	20
MV040GGVX	1 1/2	792	20
MV040HGVX	2	792	20
MV045HGVX	2	1188	20
MV050IGVX	2 1/2	1548	20
MV050JGVX	3	1548	20
MV055IGVX	2 1/2	2232	20
MV055JGVX	3	2232	20